

WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG

Verehrte INTEX Helicobacter Pylori Test Anwender,

Durch die Verbesserung der Sensibilität unseres INTEX Helicobacter Pylori Tests möchten wir Sie auf einen wesentlichen Punkt bei der Durchführung des Tests hinweisen:

*Geben Sie einen Tropfen Serum, Plasma oder Vollblut (ca. **5-10 µL**) in die runde Öffnung der Kassette. Anschliessend geben Sie **3 Tropfen** Entwicklungspuffer in die gleiche Öffnung hinzu. Geben Sie keine Reagenzien bzw. Proben auf das längliche Reaktionsfeld, da ansonsten der Test ausfällt.*

*Lesen Sie die Ergebnisse nach **15 Minuten** ab. Nach 30 Minuten sollte keine Interpretation mehr stattfinden*

Wir bitten Sie, bei der Durchführung des Tests hierauf besonders zu achten.

INTEX Pharmazeutica AG, CH – 4132 Muttenz

WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG

WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG

Verehrte INTEX Helicobacter Pylori Test Anwender,

Durch die Verbesserung der Sensibilität unseres INTEX Helicobacter Pylori Tests möchten wir Sie auf einen wesentlichen Punkt bei der Durchführung des Tests hinweisen:

*Geben Sie einen Tropfen Serum, Plasma oder Vollblut (ca. **5-10 µL**) in die runde Öffnung der Kassette. Anschliessend geben Sie **3 Tropfen** Entwicklungspuffer in die gleiche Öffnung hinzu. Geben Sie keine Reagenzien bzw. Proben auf das längliche Reaktionsfeld, da ansonsten der Test ausfällt.*

*Lesen Sie die Ergebnisse nach **15 Minuten** ab. Nach 30 Minuten sollte keine Interpretation mehr stattfinden*

Wir bitten Sie, bei der Durchführung des Tests hierauf besonders zu achten.

INTEX Pharmazeutica AG, CH – 4132 Muttenz

WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG * WICHTIG